

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
Số: 5.622/BVBD-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá mua sắm thiết bị đo lường Khoa khám bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bình Dân.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân.
 - Địa chỉ: Số 371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3.
 - KS. Phan Hữu Toàn – Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.
 - Địa chỉ email: p.vttbyt.bvbd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi bản giấy báo giá có đóng dấu, hồ sơ năng lực (các giấy chứng nhận, giấy phép, hợp đồng tương tự....) về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân.

Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và đồng thời gửi File Excel báo giá đến địa chỉ email: p.vttbyt.bvbd@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 20 tháng 06 năm 2024 theo giờ địa phương.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày công ty chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên thiết bị	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy đo huyết áp bắp tay tự động	<p>- Tâm đo:</p> <p>Huyết áp: 20-280 mmHg.</p> <p>Nhịp tim: 40-199 nhịp/phút.</p> <p>Áp suất túi hơi: 0-299 mmHg.</p> <p>Độ phân giải: 1 mmHg.</p> <p>- Độ chính xác:</p> <p>Huyết áp: ± 3mmHg.</p> <p>Nhịp tim: $\pm 5\%$ giá trị đọc.</p> <p>- Phụ kiện đi kèm: Túi hơi định khuôn size M-L (22-42cm), 4 cục pin AA, túi đựng máy, adapter.</p>	Cái	05
02	Nhiệt kế hồng ngoại	<p>- Loại: Nhiệt kế không tiếp xúc</p> <p>- Đo thân nhiệt: 34,0 - 43,0°C (93,2 - 109,4°F).</p> <p>- Đo vật thể: 0,0 - 100,0 °C (32,0 - 212,0 °F).</p> <p>- Năm sản xuất: năm 2022 trở về sau</p>	Cái	32

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTXH (đăng Website)
- Lưu: Phòng VT-TBYT.

